



MUNICIPIUL ORADEA
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ORADEA
Operator date cu caracter personal nr: 9484
Oradea str. Republicii nr.37
Cod Fiscal 4208498
Tel : 0259434406 / Fax: 0259417169
email: spitalul.județean@rdsor.ro



Nr.11204 din 10.05.2020

Raspuns solicitare clarificare

Privind procedura: **Furnizare: Pat terapie intensive cod CPV: 33192120-9 Paturi de spital (Rev.2)**

1. In caietul de sarcini se solicita “pat cu 4 sectiuni pe 3 coloane telescopice”.

Va rugam sa acceptati ca sasiul patului sa fie tip foarfeca, metalic, vopsit in camp electrostatic usor de intretinut, curatat si cu o durata mult redusa a timpului de reparatie.

Raspuns: Suntem de acord si cu aceasta varianta de sasiu al patului

2. In caietul de sarcini se solicita ajustarea electrica a inaltimii, inclinarii laterale, TR si ATR, a sectiunii spatelui, coapeslor si gambelor, autocontur, extensia patului, CPR si pozitii memorate.

Va rugam sa acceptati si o varianta fara inclinare laterala, aceasta caracteristica neinfluentand sub nici o forma actul medical.

Raspuns: Suntem de acord si cu varianta fara inclinare laterala

3. In caietul de sarcini se solicita sistem Ergoframe pentru pozitionarea confortabila a pacientului.

Avand in vedere ca aceasta este o denumire comerciala caracteristica unui singur producator care nu reprezinta o caracteristica a patului si limiteaza accesul altor participant, va rugam respectuos sa renuntati la aceasta.

Raspuns: Suntem de acord

4. In caietul de sarcini se solicita activarea mecanica CPR a sectiunii spatelui.

Va rugam sa acceptati o varianta superioara cu pedala de urgenta pentru „CPR”, cu actionare „hands free” si CPR automat.

Raspuns: Suntem de acord

5. In caietul de sarcini se solicita 4 roti Tente Integral cu sistem de blocare central in patru puncte, diametrul 150 mm.

Avand in vedere ca “Tente Integral” este o denumire comerciala, care limiteaza accesul altor participant la procedura, va rugam sa acceptati si o varianta superioara cu 5 roti de 152 mm, care permit intoarcerea patului in jurul propriului ax, la 360 grade, acest fapt facilitand manevrarea acestuia in spatii restranse.

Raspuns: Suntem de acord

- 6. In caietul de sarcini se solicita: stativ de perfuzie telescopic cu 4 carlige din plastic, tija de ridicare pacient cu maner din plastic, suport lenjerie si o pereche de sine laterale (pentru diverse accesorii).**

Va rugam sa acceptati si varianta ca pe platforma patului sa fie atasate suport punga drenaj, suport dispozitiv imobilizare pacient, suport pentru butelia de oxigen.

Raspuns: Suntem de acord

- 7. In caietul de sarcini se solicita “reglare sectiune coapse si gambe -reglare inclinare spatar pana la 70°”.**

Va rugam sa acceptati si o varianta de inclinare spatar pana la 67°, acest aspect neinfluentand actul medical sub nici o forma.

Raspuns: Suntem de acord

- 8. In caietul de sarcini se solicita: “reglare interval inaltime 44 cm – 82 cm”.**

Va rugam sa acceptati si o varianta superioara de 41.9 cm - 89 cm.

Raspuns: Suntem de acord

- 9. In caietul de sarcini se solicita “panou multiboard - este prevazut cu interfata pentru sistemul de cantarire integrat si interfata pentru controlul salteii active integrate”.**

Avand in vedere ca “panoul multiboard” este o denumire comerciala caracteristica unui singur producator care nu reprezinta o caracteristica a patului si limiteaza accesul tuturor celorlalti participanti, va rugam respectuos sa renuntati la aceasta.

Raspuns: Suntem de acord

- 10. In caietul de sarcini se solicita: “telecomanda ergonomica prevazuta cu tastatura in folie cu iluminare interna si led pentru utilizarea acestuia in vederea verificarii reflexului fotomotor al pacientului”.**

Avand in vedere ca “led pentru utilizarea acestuia in vederea verificarii reflexului fotomotor al pacientului” este o caracteristica aferenta unui singur producator, va rugam respectuos sa renuntati la aceasta deoarece limiteaza accesul tuturor celorlalti participanti la procedura.

Raspuns: Suntem de acord

- 11. In caietul de sarcini se solicita: “Siguranta sporita a pacientului - Panouri laterale Inaltimea panourilor laterale este mai mare decat nivelul pacientului pe intreaga suprafata a patului, astfel facand imposibila caderea pacientului din pat. Spatiul dintre panourile laterale este foarte mic, eliminand, astfel, riscul ca pacientul sa fie prins intre**

ele. Corect Incorect Ergonomic Ergonomic 5 denumire comerciala Sistem de blocarea a panourilor laterale Datorita sistemului de blocare al panourilor laterale, acestea nu pot fi coborate de pacient, ci doar de cadrul medical. Alarma la parasirea patului Patul este prevazut cu sistem de alarmare audibil pentru situatiile in care pacientul paraseste patul sau in functie de setare, in cazul in care pacientul se afla prea aproape de panoul lateral al patului, intr-o pozitie periculoasa. Lumina de noapte integrata in sasiu”.

Va rugam sa acceptati o varianta superioara, cu 3 alarme:

-alarma când pacientul se mișcă spre un panou lateral sau se depărtează de secțiunea capului, cum a fi cazul în care stă în pozitie sezut în pat;

-alarmă când pacientul se mișcă din centrul patului spre un punct de ieșire;

-alarmă când pacientul se deplasează semnificativ față de cadrul patului.

Raspuns: Suntem de acord

12. In caietul de sarcini se solicita: dimensiuni externe 215 x 105 cm.

Va rugam sa acceptati dimensiunea externa fara extensie de 223.5 cm, cu extensia activata 248.9 cm, aceasta caracteristica neinfluentand sub nici o forma actul medical.

Raspuns: Suntem de acord

13. In caietul de sarcini se solicita: extensie 22 cm.

Va rugam sa acceptati extensie de 25.4 cm, aceasta caracteristica neinfluentand sub nici o forma actul medical.

Raspuns: Suntem de acord

14. In caietul de sarcini se solicita: Dimensiuni saltea 208 x 86 cm.

Va rugam sa acceptati si dimensiunea de 213 x 88 cm, aceasta varianta fiind superioara.

Raspuns: Suntem de acord

15. In caietul de sarcini se solicita: reglare inaltime 44 - 82 cm.

Va rugam sa acceptati o varianta superioara a reglarii inaltimii de 41.9 cm - 89 cm.

Raspuns: Suntem de acord

16. In caietul de sarcini se solicita: TR/ATR 13°/16 °.

Va rugam sa acceptati o varianta superioara de 13°/18°.

Raspuns: Suntem de acord

17. In caietul de sarcini se solicita: sarcina maxima admisa 250 kg.

Va rugam sa acceptati o varianta superioara a sarcinii maxime admise de 295 kg.

Raspuns: Suntem de acord

18. In caietul de sarcini se solicita: “Saltea activa anti-decubit integrata Symbioso 200 - Saltea activa integrata de tratament a escarelor de decubit precum si de protectie anti-microbiana sporita SYMBIOSO 200. Pompa si dispozitivele de control fac parte din cadrul patului fara a afecta placa de la picioare. Functiile salteii sunt controlate de la nivelul panoului Multiboard. Salteaua antiescara este alcatuita din sistem de celule modular, in 2 straturi. Primul strat al salteii este reprezentat de un sistem format din 8 module de celule de aer separate si interconectate. Al doilea strat al salteii este din spuma vascoelastica acoperita cu husa, ce urmareste forma platformei patului Se caracterizeaza prin: -Mod presiune scazuta constanta (CLP) 6 -Mod umflare maxima -Mod management microclimat (MCM) – permite circulatia aerului prin structura deschisa a salteii.”

Avand in vedere ca “Symbioso 200” este o denumire comerciala caracteristica unui singur producator care nu reprezinta o caracteristica a patului si limiteaza tuturor celorlalti participanti, va rugam respectuos sa renuntati la aceasta si sa acceptati o varianta superioara, bazata pe o tehnologie mult mai noua, dupa cum urmeaza:

- saltea de spuma vascoelastica cu cilindri de aer ce ajuta la prevenirea si tratarea escarelor.
- saltea ce redistribuie presiunea in functie de greutatea pacientului, cu zona speciala la calcaie.
- saltea ce raspunde automat la miscarea sau repositionarea pacientului prin cresterea sau reducerea presiunii de aer din interiorul suprafetei de tratament.
- saltea cu minim 5 zone specifice de redistribuire a presiunii, ce ofera protectie suplimentara pentru cele mai vulnerabile zone, inclusiv cap, coloana si calcai.

Raspuns: Suntem de acord

Sef Clinica ATI
Dr. Negrau Marcel