



MUNICIPIUL ORADEA
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA ORADEA
Operator date cu caracter personal nr: 9484
Oradea str. Republicii nr.37
Cod Fiscal 4208498
Tel : 0259434406 / Fax: 0259417169
email: spitalul.judetean@rdsor.ro



Nr. 11329 din 11.05.2020

Raspuns solicitare clarificare

Privind procedura: **Furnizare: Kit ECMO de unica folosinta pacient 30 zile cod CPV: 33157000-5 Oxigenoterapie si asistenta respiratorie (Rev.2)**

Clarificare :

Referitor la procedura Negociere fara publicare a unui anunt de participare avand ca obiect „ Furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal Kit ECMO de unica folosinta pacient 30 zile – 13 buc, conform specificatiilor din caietul de sarcini”, invitatie de participare nr. 11202/08.05.2020, va adresam urmatoarele solicitari de clarificari cu privire la solicitarile din Caietul de Sarcini si documentatia de atribuire:

1. Solicitare : Furnizare „ Kituri ECMO de unica folosinta pacient 30 zile formate din „ Kit HLS set Advanced 7.0 -10 buc.” „ Canule venoase de insertie percutanta pentru aplicatii de tip ECMO -10 buc”. Canula arteriala de insertie percutanta pentru aplicatii de tip ECMO – 10 buc.” „ Kit pentru punctie Seldinger – 20 buc.” Va rugam sa confirmati cantitatea totala de 10 seturi pentru aceasta achizitie.
2. Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la prezenta solicitare de clarificari si prelungirea termenului limita de depunere in vederea pregatirii documentatiei in acord cu raspunsurile dvs. La prezenta solictare de clarificari.

Raspuns clarificare:

1. Va informam ca dintr-o eroare de redactare in invitatia de participare a fost trecut eronat un numar de 13 kit-uri in loc de 10 kit-uri cat a fost mentionat in caietul de sarcini. Confirmam ca solicitam o cantitate de 10 kit-uri ECMO. Configuratia solicitata prin caietul de sarcini nu se modifica.
2. Nu suntem de acord cu prelungirea termenului de depunere a documentatiei de atribuire.

Sef Serv. APCAT
Ec. Iurcov Bogdan